

# LA LIBERTAD - TRUJILLO - PERU

TOPOGRAFIA EN GENERAL, VENTA, ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA, ACCESORIOS, CALIBRACIONES, SERVICIO TECNICO, REPARACION YMANTENIMIENTO GENERAL



# CERTIFICADO DE CALIBRACION

 $N^{\circ} = 71 / 2023$ 

NUEVO	CALIBRACION	MANTENIMIENTO	REPARACION	GARANTIA	OBSERVACION
	X			6 meses	% 100 operativo

NOMBRE / RAZON SOCIAL	FORTALEZA MAN CONTRATISTAS S.A.C		
DNI / RUC	<b>20477433384</b>		
Instrumento: NIVEL	<b>Medición electrónica</b> : $\pm 1.0 / 0.7$ mm		
Marca : TOPCON	Alcance : 2 a 100 m (electrónico)		
Modelo : AT-B4A	Tiempo para medida aislada : menor 3 seg.		
Serie : WP166445	Registro de datos : 0.5 m		
Fecha de cal. : 12-09-23	Próxima fecha de Cal. : 12-03-24		

### METODOLOGIA APLICADA Y TRAZABILIDAD DE LOS PATRONES

Para controlar y calibrar este instrumento se contrasta con un colimador original SANWEI W420-3 N° de fabrica 2019-1585 con código patrón CA-003 / 2023. y un telescopio de 32x cuyo retículo enfocado al infinito, el grosor de sus trazos está dentro de 1". Consta de 3 tubos cada uno con doble retículo en plataforma fija. Con distancia de enfoque al infinito, distancia total de 400 MM, apertura efectiva de 56 MM, y 3° de campo de visión, es revisado periódicamente por un teodolito WILD-T1A precisión 1", con el método de lectura directa-inversa y refrendado con un nivel automático leica, modelo NAK2 de 32x con micrómetro de placas paralelas de precisión 0.5 MM nivelación doble de 1 km.

El control se ejecuta en la base metálica fijada a la pared ajena a influencias del clima y enfocados los retículos a infinito.

Г	TEMPERATURA LABORATORIO	PRESION ATMOSFERICA.	
L	TEMPERATURA LADURATURIO	HUMEDAD RELATIVA LABORATORIO	PRESION ATMOSFERICA.
	15° Celsius con variación +/- 64°f	72 %	1015 Hpa

#### **NORMA APLICADA**

C&A certifica que el instrumento se encuentra REVISADO, CALIBRADO, AJUSTADO Y VERIFICADO, se tomó como referencia el estándar de la norma ISO 17123 "OPTICS AND OPTICAL INSTRUMENT", por lo cual se garantiza su correcto normal y funcionamiento.

## **RESULTADOS**

Distancia, lecturada del instrumento patrón, lectura del instrumento contrastado, diferencia, porcentaje de error +/-0.001%.

#### NOTA

C&A. no se responsabiliza por desajustes o descalibraciones en los equipos causados durante su trasporte del mismo.

GERENCIA	DPTO. SERVICIO TECNICO	REG: C&A LABS TRUJILLO	REG: INACAL	REG: INDECOPI
Armando Parintega Ludanyon	CORPORACIONES ARMANDO S.A.C. RUG: 29477609443  Eliseo Quispe Terrones SOPORTE TECNICO			

VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO: 12-03-24













Dirección: AA.HH. Las Palmeras Mz. R´Lote 16, La esperanza, Trujillo – Perú. Email: cyatrujillo\_peru@hotmail.com, Celular: 942156655