



LABS - TRUJILLO

## LA LIBERTAD – TRUJILLO – PERU

TOPOGRAFIA EN GENERAL, VENTA, ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA,  
ACCESORIOS, CALIBRACIONES, SERVICIO TECNICO, REPARACION  
Y MANTENIMIENTO GENERAL.



## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

N° = 144 / 2024

NOMBRE / RAZON SOCIAL: GAMAJ S.A.C RUC N°: 20600320671

## DATOS GENERALES

|                      |               |                      |                    |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| EQUIPO               | RECEPTOR GNSS | MARCA                | SOUTH              |
| MODELO EQUIPO        | G7            | SERIAL EQUIPO        | S910C1148617466NKA |
| ANTENA CALIBRADA NGS | STHG7         |                      |                    |
| MODELO BATERIA 01    |               | SERIAL BATERIA 01    |                    |
| MODELO BATERIA 02    |               | SERIAL BATERIA 02    |                    |
| RADIO EXTERNA        | DL            | SERIAL RADIO EXTERNA | DL2103115132       |
| COLECTORA            | H6            | SERIAL COLECTOR      | SN12C60D0358341E   |
| ANTENA UHF           | QT450GTC      |                      |                    |
| ANTENA GPRS          |               |                      |                    |
| FECHA DE EMISIÓN     | 12-01-24      | FECHA VENCIMIENTO    | 12-01-25           |

CORPORACIONES ARMANDO S.A.C CERTIFICA QUE EL EQUIPO Y ACCESORIOS ARRIBA DESCRITO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE REVISADO, CONTROLADO Y OPERATIVO, SEGÚN LOS ESTANDARES INTERNACIONALES ISO 17123 Y POR LA CASA DEL FABRICANTE.

LAS PRUEBAS AL RECEPTOR ARROJARON UNA PRECISION DENTRO DE SUS CARACTERISTICAS TECNICAS:

## PRECISION ESTATICO

| DESCRIPCION          | RESULTADO              |
|----------------------|------------------------|
| PRECISION HORIZONTAL | +/- 2.5 mm +/- 0.5 ppm |
| PRECISION VERTICAL   | +/- 5.0 mm +/- 0.5 ppm |

## PRECISION RTK (REAL TIME CINEMATIC)

| DESCRIPCION          | RESULTADO           |
|----------------------|---------------------|
| PRECISION HORIZONTAL | +/- 8 mm +/- 1 ppm  |
| PRECISION VERTICAL   | +/- 15 mm +/- 1 ppm |

## SENSOR IMU

| DESCRIPCION               | RESULTADO |
|---------------------------|-----------|
| CORRECCION DE INCLINACION | OPERATIVO |

## APLICATIVO DE CAMPO

| DESCRIPCION  | RESULTADO |
|--------------|-----------|
| APP SURVSTAR | OPERATIVO |

- ✓ APROBADO LA CONFORMIDAD DE OPERATIVIDAD, EL USUARIO SERA EL RESPONSABLE DEL ADECUADO CUIDADO, USO Y TRASPORTE DEL EQUIPO. CORPORACIONES ARMANDO SAC NO SE RESPONSABILIZARÁ DE DAÑOS DESPUES DE LA CONFORMIDAD Y ENTREGA DEL EQUIPO.
- ✓ SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE.

| GERENCIA | DPTO. SERVICIO TECNICO                                                                            | REG: C&A LABS TRUJILLO | REG: INACAL | REG: INDECOPI |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|
|          | <br>CORPORACIONES ARMANDO S.A.C.<br>RUC: 20477808443<br>Eliseo Quispe Terrones<br>SOPORTE TECNICO |                        |             |               |

VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO: 12-01-25



Dirección: AA.HH. Las Palmeras Mz. R' Lote 16, La esperanza, Trujillo – Perú.

Email: [cyatrujillo\\_peru@hotmail.com](mailto:cyatrujillo_peru@hotmail.com), Celular: 942156655