

LA LIBERTAD – TRUJILLO – PERU

TOPOGRAFIA EN GENERAL, VENTA, ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA, ACCESORIOS, CALIBRACIONES, SERVICIO TECNICO, REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL.

CERTIFICADO DE CALIBRACION

 $N^{\circ} = 13 / 2023$

NUEVO	CALIBRACION	MANTENIMIENTO	REPARACION	GARANTIA	OBSERVACION
	X				% 100 operativo

NOMBRE / RAZON SOCIAL	SENCICO
DNI / RUC	20131377810
Instrumento: TEODOLITO	Precisión : 02"
Marca : SPECTRA	Lectura mínima : 02"/ 05"
Modelo : DET-2	Telescopio : imagen directa 30 x
Serie : 841003	
-Fecha Calibración : 21-02-2023	Próxima calibración : 21-08-2023

METODOLOGIA APLICADA Y TRANZABILIDAD DE LOS PATRONES

Para controlar y calibrar este instrumento se contrasta con un colimador original SANWEI W420-3 con un telescopio de 32x cuyo retículo enfocado al infinito, el grosor de sus trazos está dentro de 1". Consta de 3 tubos cada uno con doble retículo en plataforma fija. Con distancia de enfoque al infinito, distancia total de 400 MM, apertura efectiva de 56 MM, y 3° de campo de visión, es revisado periódicamente por un teodolito WILD-T1A precisión 1", con el método de lectura directa-inversa y refrendado con un nivel automático leica, modelo NAK2 de 32x con micrómetro de placas paralelas de precisión 0.5 MM nivelación doble de 1 km.

El control se ejecuta en la base metálica fijada a la pared ajena a influencias del clima y enfocados los retículos a infinito.

TEMPERATURA LABORATORIO	HUMEDAD RELATIVA LABORATORIO	PRESION ATMOSFERICA.	
16° Celsius con variación +/- 64° f	85 %	1010 Hpa	

RESULTADOS

ANGULO	VALOR DEL PATRON	VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO	ERROR MEDIO	RANGO	RESULTADO
HORIZONTAL	00°00′00"	180°00′00"	0°	+/- 05"	OPERATIVO
VERTICAL	90°00′00"	270°00′00"	0°	+/- 05"	OPERATIVO

NORMA APLICADA

C&A certifica que el instrumento se encuentra REVISADO, CALIBRADO, AJUSTADO Y VERIFICADO, se tomó como referencia el estándar de la norma ISO 17123 "OPTICS AND OPTICAL INSTRUMENT", por lo cual se garantiza su correcto normal y funcionamiento.

RESULTADOS

Distancia, lecturada del instrumento patrón, lectura del instrumento contrastado, diferencia, porcentaje de error +/-0.001%.

NOTA

C&A. no se responsabiliza por desajustes o descalibraciones en los equipos causados durante su trasporte del mismo.

GERENCIA	DPTO. SERVICIO TECNICO

VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO: 21 DE AGOSTO DEL 2022











